

Adjustafit LC Boot

La meilleure alternative au plâtre
pour le positionnement à 90°



Options:

- › “Air bladder” pour une fixation supplémentaire des malléoles
- › Plaque en plastique pour caler le tibia et le mollet

Taille	Pointure	Longueur de jambe*	Code d'art.
XS	29 - 32,5	22,5 - 27,5 cm	AL053001
S	32,5 - 36,5	27,5 - 32,5 cm	AL053003
M	36,5 - 41	35,5 - 37,5 cm	AL053005
L	41 - 45,5	37,5 - 42,5 cm	AL053007
XL	46,5 - <49	42,5 - 47,5 cm	AL053009

* DU CONDYLE MÉDIAN JUSQU'AU T MALLEOLUS MÉDIAN

Caractéristiques

- › Profil bas afin de **prévenir les douleurs à la hanche**
- › “**Rocker-bottom**” avec 4 phases qui permettent d’approcher la démarche naturelle : heelstrike, straight, roll-off et toe-off
- › Ouverture au niveau du talon pour un **positionnement parfait de la jambe**
- › **En aluminium de qualité supérieure pour une immobilisation idéale**
- › **La mousse perméable à l’air** autour de la jambe **prévient la transpiration**: une exclusivité de Bledsoe
- › **Largeur optimale** de la semelle de marche :
 - › - Le patient **peut marcher de façon stable**
 - › - Le genou ne se place pas en valgus de sorte que le patient n’éprouve **pas de douleur** au niveau des condyles

Indications

- › Pour le positionnement du pied à 90°
- › Fractures du métatarse
- › Fractures de l’avant-pied
- › Distorsions de la cheville de degrés 1-2-3 (si le patient est atteint d’un degré 3, l’œdème doit d’abord être maîtrisé)
- › Fractures stables ou immobilisées par une fixation interne de la partie distale du tibia et de la partie distale du péroné
- › Fractures de fatigue



1 SEULE VERSION POUR LA GAUCHE ET LA DROITE
POUR L’OPTION AIRBLADDER REMPLACER LE CODE
D’ART. ALO PAR AL 2
(SUR COMMANDE)

POUR L’OPTION PLAQUE EN PLASTIQUE TIBIA
ET MOLLET : MENTIONNER SUR LE BON DE
COMMANDE: SUR COMMANDE UNIQUEMENT